
[PE 135/2023] 04 ESTAÇÃO TOTAL II: (4ª) GEOCENTER Proposta

Daniel Perozzo dos Santos <[REDACTED]@ifc.edu.br>

11 de dezembro de 2023 às 15:35

Para: Departamento de Administração e Planejamento Campus Araquari <dap.arauari@ifc.edu.br>

Cc: Cleder Alexandre Somensi <[REDACTED]@ifc.edu.br>

Boa tarde,

Após análise técnica da proposta da empresa GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDA para o item 4 do pregão (Estação Total Tipo II), verificamos que o equipamento ofertado **não atende** ao exigido no edital nos seguintes quesitos:

Amplitude do compensador:

O edital solicita compensador angular com amplitude de 4' (quatro minutos) e o equipamento ofertado possui amplitude de 3' (três minutos).

Duração da bateria: O edital solicita que a duração da bateria em uso contínuo seja de no mínimo 18 horas. A bateria do equipamento ofertado possui uma duração de 10 horas, de acordo com o fabricante.

Peso: O edital solicita peso máximo de 4,6 kg. O equipamento ofertado possui peso de 5,5 kg

Atenciosamente,
Daniel

[Texto das mensagens anteriores oculto]