

## Pedido de Esclarecimento - Item 97 - Processo Administrativo 23352.002442/2024-81 - Edital de Pregão Eletrônico 31/2024 - UASG 158125

4 mensagens

Riberto Naves <ribertonaves@outlook.com>

6 de setembro de 2024 às 10:14

Para: "compras.videira@ifc.edu.br" <compras.videira@ifc.edu.br>

Prezados,

Estou participando do processo de licitação e venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre o item 97 do edital, que descreve a necessidade de fornecimento de:

“Luvas plásticas descartáveis, **de polipropileno**, longas, 80cm de comprimento, tamanho único. Super sensível, similar a látex, para uso veterinário, tarefas obstétricas, toque, necropsias, etc. Caixa com 100 unidades.”

Após análise técnica, constatei que produtos dessa classe e aplicação (*Luvas plásticas descartáveis... Super sensível, similar a látex, para uso veterinário*), são produzidas de EVA Especial ou Polietileno, não de Polipropileno, como indicado no edital.

Dessa forma, gostaria de confirmar se essa exigência está correta. Caso esteja, peço gentilmente que nos indiquem exemplos de fabricantes ou modelos que atendam a tais certificações, de modo que possamos adequar nossa proposta conforme o exigido. Caso o edital não esteja correto, por favor, gostaria de saber quais tipos de materiais serão aceitos para a composição do item.

Agradeço desde já pela atenção e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Riberto Naves

Licitações Videira <compras.videira@ifc.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 16:15

Para: Everson Willian Batista <everson.batista@ifc.edu.br>, ribertonaves@outlook.com

Everson, há mais esse a ser analisado.

Obrigado.


Atenciosamente,

**Coordenação de Compras, Licitações e Contratos**

Instituto Federal Catarinense - Campus Videira

[www.videira.ifc.edu.br](http://www.videira.ifc.edu.br)

Telefone: (49) 3533.4941



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Everson Willian Batista** <everson.batista@ifc.edu.br>  
Para: Licitações Videira <compras.videira@ifc.edu.br>  
Cc: ribertonaves@outlook.com

11 de setembro de 2024 às 09:08

Bom dia Pessoal,

O fornecedor tem razão e esses produtos são isentos das certificações da ANVISA e INMETRO.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitações Videira** <compras.videira@ifc.edu.br>  
Para: Everson Willian Batista <everson.batista@ifc.edu.br>  
Cc: ribertonaves@outlook.com

11 de setembro de 2024 às 09:44

Bom dia, Everson.

Agradecemos o retorno, estarei ratificando o item no site da publicação.

Felipe.


Atenciosamente,

**Coordenação de Compras, Licitações e Contratos**

Instituto Federal Catarinense - Campus Videira

[www.videira.ifc.edu.br](http://www.videira.ifc.edu.br)

Telefone: (49) 3533.4941



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## Pedido de Esclarecimento - Item 98 - Processo Administrativo 23352.002442/2024-81 - Edital de Pregão Eletrônico 31/2024 - UASG 158125

4 mensagens

---

**Riberto Naves** <ribertonaves@outlook.com>  
Para: "compras.videira@ifc.edu.br" <compras.videira@ifc.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 10:17

Prezados,

Estou participando do processo de licitação e venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre o item 98 do edital, que descreve a necessidade de fornecimento de:

*“Luvas supersensitivas 5 dedos, 90 cm, para inseminação artificial. Caixa com 100 unidades. **Produto certificado pela anvisa e inmetro.** Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.”*

Após análise técnica, constatei que produtos dessa classe e aplicação (inseminação artificial) não possuem certificações da ANVISA e do INMETRO.

Dessa forma, gostaria de confirmar se essa exigência está correta. Caso esteja, peço gentilmente que nos indiquem exemplos de fabricantes ou modelos que atendam a tais certificações, de modo que possamos adequar nossa proposta conforme o exigido. Se possível, por favor, também solicito que indiquem de qual material a luva deve ser feita (Por exemplo: EVA Especial; Polietileno...).

Agradeço desde já pela atenção e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Riberto Naves

---

**Licitações Videira** <compras.videira@ifc.edu.br>  
Para: Everson Willian Batista <everson.batista@ifc.edu.br>, ribertonaves@outlook.com

6 de setembro de 2024 às 16:17

Everson, creio que essa questão seja semelhante a do item 94.  
Obrigado.  
Felipe

Atenciosamente,

**Coordenação de Compras, Licitações e Contratos**

Instituto Federal Catarinense - Campus Videira

[www.videira.ifc.edu.br](http://www.videira.ifc.edu.br)

Telefone: (49) 3533.4941

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Everson Willian Batista** <everson.batista@ifc.edu.br>  
Para: Licitações Videira <compras.videira@ifc.edu.br>  
Cc: ribertonaves@outlook.com

11 de setembro de 2024 às 09:08

Bom dia Pessoal,

O fornecedor tem razão e esses produtos são isentos das certificações da ANVISA e INMETRO.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitações Videira** <compras.videira@ifc.edu.br>  
Para: Everson Willian Batista <everson.batista@ifc.edu.br>  
Cc: ribertonaves@outlook.com

11 de setembro de 2024 às 09:45

Bom dia, Everson.  
Agradecemos o retorno, estarei ratificando o item no site da publicação.

Felipe.

Atenciosamente,

**Coordenação de Compras, Licitações e Contratos**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Videira  
[www.videira.ifc.edu.br](http://www.videira.ifc.edu.br)  
Telefone: (49) 3533.4941

[Texto das mensagens anteriores oculto]